

Starogard Gdański, 20 października 2020 r.

ZP/02/20/PN

## OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

W dniu 16.10.2020 r. wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie dotyczące zapisów SIWZ w przetargu nieograniczonym nr ZP/02/20/PN na Dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej okulistycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

### Pytanie dotyczy lasera okulistycznego - załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści laser o podanych parametrach technicznych:

Lp. 7. Energia wiązki w trybie pojedynczym regulowana w sposób krokowy w 10 krokach w zakresie 0,5-10mJ

Lp. 9. Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu min. 1,5 Hz


Lp.11. Możliwość przesunięcia ogniskowania +200 $\mu$ m/+100 $\mu$ m/+30 $\mu$ m

Lp.13. Laserowa wiązka celująca o długości fali 635 $\pm$ 10nm (regulowana intensywność)

### Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści lasera o podanych parametrach technicznych. Zamawiający wymaga zaoferowania lasera okulistycznego zgodnego z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
Im. Marii Orlikowskiej-Płaczek  
  
Patrycja Dudek - Dudek

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń w/m
2. Strona internetowa Zamawiającego