

Starogard Gdański, 20 października 2020 r.

ZP/02/20/PN

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

W dniu 19.10.2020 r. wpłynęło drogą elektroniczną zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego nr ZP/02/20/PN na Dostawę, montaż i uruchomienie aparatury medycznej okulistycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim. Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie

Dotyczy lasera okulistycznego - załącznik nr 3 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści laser o podanych parametrach technicznych z oprogramowaniem w języku angielskim?

Lp. 7. Energia wiązki w trybie pojedynczym regulowana w sposób krokowy w 10 krokach w zakresie 0,5-10mJ

Lp. 9. Częstotliwość powtarzania pojedynczego impulsu min. 1,5 Hz


Lp.11. Możliwość przesunięcia ogniskowania +200µm/+100µm/+30µm

Lp.13. Laserowa wiązka celująca o długości fali 635±10nm (regulowana intensywność)

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie dopuści lasera o podanych parametrach technicznych. Zamawiający wymaga zaoferowania lasera okulistycznego zgodnego z wymaganiami technicznymi określonymi w załączniku nr 3 do SIWZ.

Z poważaniem

KIESZCZOŃ
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
Im. Marii Orlikowskiej-Płaczek

Patrycja Dziubnykowska - Dudek

Zamieszczono:

1. Tablica ogłoszeń w/m
2. Strona internetowa Zamawiającego