

ZP/03/21/TP

Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00187106/01

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot.: zapytania zgłoszonego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla SPZOZ Przychodnia w Starogardzie Gdańskim wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej obsługi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 3

(pakiet nr 3, załącznik 3, pkt 1-20) Czy Zamawiający dopuści przenośny, ręczny autorefraktometr pediatryczny umożliwiający badanie bez porażania akomodacji z odległości ok. 1 m o parametrach przedstawionych poniżej:

Urządzenie komputerowe do badań: <ul style="list-style-type: none">- refrakcji obuocznej oraz jednoocznej,- rozstawu i średnicy źrenic.- symetrii spojrzenia (mapy refleksów rogówkowych)- funkcja transiluminacji (wykrywanie zmętnień w soczewce)
Pomiar refrakcji: <ul style="list-style-type: none">- sfera +5.00 / -7.00D (krok co 0.25D)- cylinder +5.00 / -7.00D (krok co 0.25D)- oś cylindra 1-180 ° (krok co 1°)
Obuoczna retinoskopia światłem podczerwonym z podświetleniem 54 diod LED Możliwość pomiaru pod różnymi kątami
Wielkość średnicy źrenicy 3.0- 8.0 mm, krok 0.1 mm; automatyczny pomiar średnicy źrenicy i rozstawu źrenic PD
Czas pomiaru: dynamiczny 0.5 s
Ekran: dotykowy pojemnościowy, 5,7" (640 x 480 pikseli)
Odległość pracy: 1m(+/-5cm)
Fiksacja: dźwięk/znaki świetlne
Wbudowany komputer
Interfejsy: 1xUSB, 1X SD, moduł Wi-Fi, wbudowana baza pacjentów
Wyposażenie: zasilacz, komplet akumulatorów, ściereczka, dedykowana bezprzewodowa drukarka etykiet do aparatu

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry urządzenia określone w Załączniku nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 2 do Zadania nr 3

(pakiet nr 3, załącznik 3, pkt 25) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis pkt 25 Załącznika nr 3 do SWZ.

Pytanie nr 3 do Zadania nr 3

(pakiet nr 3, załącznik 3, pkt 26) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „W przypadku trzech napraw tego samego podzespołu wymiana tego podzespołu na nowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje zapis pkt 26 Załącznika nr 3 do SWZ.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
Patrycja Dzięwińska - Dudek