

ZP/03/21/TP

Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00187106/01

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot.: zapytania zgłoszonego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla SPZOZ Przychodnia w Starogardzie Gdańskim wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej obsługi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1 dot. Zadania nr 4

Proszę o sprecyzowanie co rozumieją Państwo przez sformułowanie w pkt. 4 "Proste ramię obrotowe konsoli lekarza."

Odpowiedź:

Zamawiający w pkt 4 Załącznika nr 4 do SWZ przez sformułowanie „Proste ramię obrotowe konsoli lekarza." rozumie ramię proste, nie łukowatego kształtu, które nie będzie kolidowało z dodatkowymi tackami.

Pytanie nr 2 dot. Zadania nr 4

Proszę o sprecyzowanie wymaganej ilości możliwych pozycji fotela do zaprogramowania. W punkcie 21 wymagają Państwo 3 pozycji a w punkcie 31- 4 pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt 21 Załącznika nr 4 do SWZ, który przyjmuje brzmienie: „21. Możliwość programowania minimum 4 pozycji pracy.”

Pytanie nr 3 dot. Zadania nr 4

Proszę o zmianę brzmienia punktu 46 z " Konsola asystencka na stałym ramieniu wyposażona w dwie pozycje dla instrumentów" na: Konsola asystencka na stałym ramieniu wyposażona w **minimum** dwie pozycje dla instrumentów.

W punkcie 47 wymagają państwo aby konsola asystentki była wyposażona w 3 instrumenty: ssak, ślinociąg oraz dmuchawkę tak więc należy zmienić brzmienie punktu nr 46.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt 46 Załącznika nr 4 do SWZ, który przyjmuje brzmienie: „46. Konsola asystencka na stałym ramieniu wyposażona w minimum dwie pozycje dla instrumentów.”

Pytanie nr 4 dot. Zadania nr 4

Proszę o zmianę parametru lub wykreślenie zapisu dotyczącego grubości tapicerki fotela w punkcie 36 ponieważ zapis jest niejednoznaczny czy chodzi Państwu o grubość całego siedziska czy grubość samej pianki. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w zależności od miejsca, w którym zmierzmy siedzisko jego grubość może przyjmować różne wartości ponieważ jest ono profilowane a grubość tapicerki nie odnosi się w żaden sposób do jakości sprzętu a obecne materiały tapicerskie nawet przy mniejszych grubościach są bardzo komfortowe. Standardowa grubość tapicerki fotela stomatologicznego to ok 3-4cm. Proszę o wykreślenie tego parametru lub proszę o sprecyzowanie co rozumieją Państwo pod pojęciem

tapicerka i o podanie przynajmniej 2 producentów sprzętu pochodzących z oddzielnych grup kapitałowych, którzy posiadają w ofercie wymienioną grubość tapicerki 8cm.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje zapis w pkt 36 Załącznika nr 4, który przyjmuje brzmienie: „36. Grubość tapicerki fotela min. 4 cm.”.

Pytanie nr 5 dot. Zadania nr 4

Proszę o sprecyzowanie co rozumieją Państwo przez zapis w punkcie 35 " Elastyczna ochrona tapicerki przed uszkodzeniem." Czy chodzi o podkładkę na siedzisko wykonaną z takiego samego materiału jak tapicerka fotela?

Odpowiedź:

Zamawiający przez zapis w pkt 35 Załącznika nr 4 do SWZ rozumie podkładkę na siedzisko wykonaną z takiego samego materiału, jak tapicerka fotela, zachodzącą na nabrzeża siedziska oraz zagłówek.

Pytanie nr 6 dot. Zadania nr 4

Wnosimy o uzupełnienie w projekcie umowy możliwości obciążenia kupującego za naprawy w trakcie trwania gwarancji, które wynikają z winy użytkownika np.: wynikłe z użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi, uszkodzenia mechaniczne, usterki związane z nieprawidłowym czyszczeniem urządzenia, dostarczaniem wody i/lub powietrza o złych parametrach oraz związane z przyczynami losowymi takimi jak: uderzenia pioruna, zalania czy pożar.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów umowy, albowiem zasadę odpowiedzialności gwarancyjnej regulują przepisy art. 577 -581 Kodeksu cywilnego.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Lekarska
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek
Patrycja Dzięwiłkowska - Dudek