

Starogard Gdański, 24 września 2021 r.

ZP/03/21/TP

Nr ogłoszenia BZP: 2021/BZP 00187106/01

### OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

Dot.: zapytania zgłoszonego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej dla SPZOZ Przychodnia w Starogardzie Gdańskim wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej obsługi”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań złożonych w ww. postępowaniu wraz z wyjaśnieniami.

#### Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SWZ ZP/03/21/TP

Pakiet - Skaner Naczyń Krwionośnych

Pragniemy zwrócić uwagę zamawiającego na istnienie dwóch klas jakościowych Skanerów Naczyniowych.


Sprzęt niskiej klasy, w przeciwieństwie do sprzęt wysokiej klasy:

- z reguły wyposażony jest nie w dwa niezależne, a w zaledwie jedno źródło światła,
- pozbawiony jest trybu pomiaru i wskazania głębokości położonej żyły, a także wyświetlacza ułatwiającego wybór odpowiednich funkcji.

Zaznaczamy, że urządzenia niskiej klasy mogą okazać się w trudnych przypadkach nieefektywne i podważać zasadność używania urządzenia.

Koszt zakupu urządzeń niskiej i wysokiej klasy to średnio około kilku/kilkunastu %.

Poniżej zdjęcia poglądowe wyświetlania urządzeń wysokiej (po lewej) i niskiej (po prawej) klasy (zamazano dane wskazujące na konkretnego producenta)



Prosimy o wskazanie czy zamawiający wymaga urządzenia wysokiej i nie zaakceptuje urządzenia niskiej klasy, o których wspomniano wyżej.

#### Odpowiedź:

Zamawiający utrzymuje parametry urządzenia określone w Załączniku nr 2 do SWZ.

KIEROWNIK  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
Przychodnia Lekarska  
im. Marii Orlikowskiej - Płaczek  
Patrycja Dziewiatkowska - Dudek